

# AUTOCERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

STRUMENTO IN PROVA : **BAUR HIPOTEST**

Model : **PGK50E**

Serial Number : **0410339006**

Il test è stato eseguito comparando lo strumento in oggetto con un altro simile e precisamente **HIGH VOLTAGE VLF HIPOT INSTRUMENTS TIPO PTS-75F5 Matr. N.1186**

Condizioni di prova

Temperatura (°C) : **22**

Umidità Relativa % : **34**

STRUMENTO IN PROVA		STRUMENTO DI COMPARAZIONE		SCOSTAM. MAX
DIVISIONI	kV cc	DIVISIONI	kV cc	V cc
<b>10</b>	<b>5,00</b>	<b>10</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>10,00</b>	<b>20</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>15,00</b>	<b>30</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>21,00</b>	<b>40</b>	<b>20,00</b>	<b>1,00</b>
<b>50</b>	<b>25,00</b>	<b>50</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>30,00</b>	<b>60</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>35,00</b>	<b>70</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80</b>	<b>40,00</b>	<b>80</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90</b>	<b>45,00</b>	<b>90</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100</b>	<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>49,00</b>	<b>1,00</b>

STRUMENTO IN PROVA



STRUMENTO DI COMPARAZIONE



La differenza misurata sia in salita che in discesa tra i 2 strumenti risulta minima, pertanto il controllo della calibrazione attraverso il metodo di comparazione certifica che il test si è concluso con esito favorevole.

Molteno **2017-12-31**

DLAweb SRL

Toscani Eddo Luigi



**DLAweb S.r.l.**

Sede legale e operativa : Via G. Verdi, 40 - 23847 Molteno (LC) - ITALIA

Tel. +39 031 850271 - Fax +39 031 875550

web : [www.dlaweb.it](http://www.dlaweb.it) - e-mail : [dl@dlaweb.it](mailto:dl@dlaweb.it)