

AUTOCERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

STRUMENTO IN PROVA : **BURSTER**

Model : **2323**

Serial Number : **062102**

Il test è stato eseguito comparando lo strumento in oggetto con un altro identico e precisamente **BURSTER TIPO 2323 Matr. N.062103**

Condizioni di prova

Temperatura (°C) : **22**

Umidità Relativa % : **34**

STRUMENTO IN PROVA		STRUMENTO DI COMPARAZIONE		SCOSTAM. MAX
SCALA	VALORE OHM	SCALA	VALORE OHM	OHM
60 OHM	0,00000000	60 OHM	0,00000000	0,00000000
60 OHM	40,00199396	60 OHM	40,00199396	0,00000000
60 OHM	40,01842000	60 OHM	40,01842000	0,00000000
06 OHM	0,00000000	06 OHM	0,00000000	0,00000000
06 OHM	3,99997856	06 OHM	3,99997856	0,00000000
06 OHM	3,99997856	06 OHM	3,99997856	0,00000000
600 MILLI OHM	35,00000000	600 MILLI OHM	35,00000000	0,00000000
600 MILLI OHM	0,00000000	600 MILLI OHM	0,00000000	0,00000000
600 MILLI OHM	399,68955000	600 MILLI OHM	399,68955000	0,00000000
60 MILLI OHM	399,68955000	60 MILLI OHM	399,68955000	0,00000000
60 MILLI OHM	0,00000000	60 MILLI OHM	0,00000000	0,00000000
60 MILLI OHM	40,01842000	60 MILLI OHM	40,01842000	0,00000000

STRUMENTO IN PROVA

STRUMENTO DI COMPARAZIONE



La differenza misurata sia in salita che in discesa tra i 2 strumenti risulta minima, pertanto il controllo della calibrazione attraverso il metodo di comparazione certifica che il test si è concluso con esito favorevole.

Molteno **2016-12-31**

DLAweb SRL

Toscani Eddo Luigi



DLAweb S.r.l.

Sede legale e operativa : Via G. Verdi, 40 - 23847 Molteno (LC) - ITALIA

Tel. +39 031 850271 - Fax +39 031 875550

web : www.dlaweb.it - e-mail : dla@dlaweb.it