

# AUTOCERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

STRUMENTO IN PROVA : **BURSTER**

Model : **2323**

Serial Number : **062103**

Il test è stato eseguito comparando lo strumento in oggetto con un altro identico e precisamente **BURSTER TIPO 2323 Matr. N.062102**

Condizioni di prova

Temperatura (°C) : **22**

Umidità Relativa % : **34**

| STRUMENTO IN PROVA   |                     | STRUMENTO DI COMPARAZIONE |                     | SCOSTAM. MAX      |
|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| SCALA                | VALORE OHM          | SCALA                     | VALORE OHM          | OHM               |
| <b>60 OHM</b>        | <b>0,00000000</b>   | <b>60 OHM</b>             | <b>0,00000000</b>   | <b>0,00000000</b> |
| <b>60 OHM</b>        | <b>40,00199396</b>  | <b>60 OHM</b>             | <b>40,00199396</b>  | <b>0,00000000</b> |
| <b>60 OHM</b>        | <b>40,01842000</b>  | <b>60 OHM</b>             | <b>40,01842000</b>  | <b>0,00000000</b> |
| <b>06 OHM</b>        | <b>0,00000000</b>   | <b>06 OHM</b>             | <b>0,00000000</b>   | <b>0,00000000</b> |
| <b>06 OHM</b>        | <b>3,99997856</b>   | <b>06 OHM</b>             | <b>3,99997856</b>   | <b>0,00000000</b> |
| <b>06 OHM</b>        | <b>3,99997856</b>   | <b>06 OHM</b>             | <b>3,99997856</b>   | <b>0,00000000</b> |
| <b>600 MILLI OHM</b> | <b>35,00000000</b>  | <b>600 MILLI OHM</b>      | <b>35,00000000</b>  | <b>0,00000000</b> |
| <b>600 MILLI OHM</b> | <b>0,00000000</b>   | <b>600 MILLI OHM</b>      | <b>0,00000000</b>   | <b>0,00000000</b> |
| <b>600 MILLI OHM</b> | <b>399,68955000</b> | <b>600 MILLI OHM</b>      | <b>399,68955000</b> | <b>0,00000000</b> |
| <b>60 MILLI OHM</b>  | <b>399,68955000</b> | <b>60 MILLI OHM</b>       | <b>399,68955000</b> | <b>0,00000000</b> |
| <b>60 MILLI OHM</b>  | <b>0,00000000</b>   | <b>60 MILLI OHM</b>       | <b>0,00000000</b>   | <b>0,00000000</b> |
| <b>60 MILLI OHM</b>  | <b>40,01842000</b>  | <b>60 MILLI OHM</b>       | <b>40,01842000</b>  | <b>0,00000000</b> |

STRUMENTO IN PROVA



STRUMENTO DI COMPARAZIONE



La differenza misurata sia in salita che in discesa tra i 2 strumenti risulta minima, pertanto il controllo della calibrazione attraverso il metodo di comparazione certifica che il test si è concluso con esito favorevole.

Molteno **2016-12-31**

DLAWEB SRL

Toscani Eddo Luigi



**DLAweb S.r.l.**

Sede legale e operativa : Via G. Verdi, 40 - 23847 Molteno (LC) - ITALIA

Tel. +39 031 850271 - Fax +39 031 875550

web : [www.dlaweb.it](http://www.dlaweb.it) - e-mail : [dla@dlaweb.it](mailto:dla@dlaweb.it)