

# AUTOCERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

STRUMENTO IN PROVA : **TETTEX**

Model : **2805**

Serial Number : **132.500**

Il test è stato eseguito comparando lo strumento in oggetto con un altro identico e precisamente **TETTEX TIPO 2805 Matr. N.137.400**

Condizioni di prova

Temperatura (°C) : **22**

Umidità Relativa % : **34**

## STRUMENTO IN PROVA

TENSIONE DI PROVA V <sub>ac</sub>		<b>1.272</b>	<b>2.543</b>	<b>3.818</b>	<b>5.087</b>	<b>6.358</b>
<i>Misura del circuito di prova - Cu E -</i>						
Cu E	Tg δ * 10 - 3	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>4,60</b>	<b>4,75</b>	<b>4,80</b>
	mA	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>
	Cu E	<b>9,42</b>	<b>9,38</b>	<b>9,37</b>	<b>9,37</b>	<b>9,36</b>
<i>Misura della macchina elettrica - C1 -</i>						
C1	Tg δ * 10 - 3	<b>11,00</b>	<b>14,20</b>	<b>16,00</b>	<b>18,40</b>	<b>21,50</b>
	mA	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>170,00</b>	<b>240,00</b>	<b>310,00</b>
	C1	<b>238,47</b>	<b>239,02</b>	<b>239,33</b>	<b>239,84</b>	<b>240,40</b>



## STRUMENTO DI COMPARAZIONE

TENSIONE DI PROVA V <sub>ac</sub>		<b>1.272</b>	<b>2.543</b>	<b>3.818</b>	<b>5.087</b>	<b>6.358</b>
<i>Misura del circuito di prova - Cu E -</i>						
Cu E	Tg δ * 10 - 3	<b>4,41</b>	<b>4,43</b>	<b>4,66</b>	<b>4,78</b>	<b>4,90</b>
	mA	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>
	Cu E	<b>9,41</b>	<b>9,39</b>	<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>9,41</b>
<i>Misura della macchina elettrica - C1 -</i>						
C1	Tg δ * 10 - 3	<b>11,10</b>	<b>13,29</b>	<b>16,21</b>	<b>19,00</b>	<b>21,00</b>
	mA	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>170,00</b>	<b>240,00</b>	<b>310,00</b>
	C1	<b>238,55</b>	<b>239,15</b>	<b>239,22</b>	<b>239,46</b>	<b>240,20</b>



La differenza misurata sia in salita che in discesa tra i 2 strumenti risulta minima, pertanto il controllo della calibrazione attraverso il metodo di comparazione certifica che il test si è concluso con esito favorevole.

Molteno **2016-12-31**

DLAWEB SRL

Toscani Eddo Luigi



**DLAweb S.r.l.**

Sede legale e operativa : Via G. Verdi, 40 - 23847 Molteno (LC) - ITALIA

Tel. +39 031 850271 - Fax +39 031 875550

web : [www.dlaweb.it](http://www.dlaweb.it) - e-mail : [dla@dlaweb.it](mailto:dla@dlaweb.it)