

AUTOCERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

STRUMENTO IN PROVA : **TETTEX**

Model : **2805**

Serial Number : **137.400**

Il test è stato eseguito comparando lo strumento in oggetto con un altro identico e precisamente **TETTEX TIPO 2805 Matr. N.132.500**

Condizioni di prova

Temperatura (°C) : **22**

Umidità Relativa % : **34**

STRUMENTO IN PROVA

TENSIONE DI PROVA V _{ac}		1.272	2.543	3.818	5.087	6.358
Misura del circuito di prova - Cu E -						
Cu E	Tg δ * 10 - 3	4,40	4,40	4,60	4,75	4,80
	mA	1,00	2,00	4,00	6,00	8,00
	Cu E	9,42	9,38	9,37	9,37	9,36
Misura della macchina elettrica - C1 -						
C1	Tg δ * 10 - 3	11,00	14,20	16,00	18,40	21,50
	mA	50,00	100,00	170,00	240,00	310,00
	C1	238,47	239,02	239,33	239,84	240,40



STRUMENTO DI COMPARAZIONE

TENSIONE DI PROVA V _{ac}		1.272	2.543	3.818	5.087	6.358
Misura del circuito di prova - Cu E -						
Cu E	Tg δ * 10 - 3	4,41	4,43	4,66	4,78	4,90
	mA	1,00	2,00	4,00	6,00	8,00
	Cu E	9,41	9,39	9,40	9,40	9,41
Misura della macchina elettrica - C1 -						
C1	Tg δ * 10 - 3	11,10	13,29	16,21	19,00	21,00
	mA	50,00	100,00	170,00	240,00	310,00
	C1	238,55	239,15	239,22	239,46	240,20



La differenza misurata sia in salita che in discesa tra i 2 strumenti risulta minima, pertanto il controllo della calibrazione attraverso il metodo di comparazione certifica che il test si è concluso con esito favorevole.

Molteno **2016-12-31**

DLAweb SRL

Toscani Eddo Luigi



DLAweb S.r.l.

Sede legale e operativa : Via G. Verdi, 40 - 23847 Molteno (LC) - ITALIA

Tel. +39 031 850271 - Fax +39 031 875550

web : www.dlaweb.it - e-mail : dla@dlaweb.it