



Prüfprotokoll
Fertigungsprüfung

Test Report
Final Production Testing

Datum: 03.01.2017
Date:

Modell: CAPXS4-3000WR-I
Model:

Seriennummer: 34966019
Serial number:



Technische Daten / Technical Specification:

Wägebereich:
Weighing Capacity: **3000.0 kg**

Ablesbarkeit:
Readability: **0.1 kg**

Wiederholbarkeit / Repeatability:

Prüflast:
Test load: **3000.19 kg**

Messung Measurement	Anzeigewert Indicated value	Standardabweichung Standard deviation
1	2999.81 kg	0.03 kg
2	2999.83 kg	
3	2999.87 kg	

Toleranz Standardabweichung:
Tolerance standard deviation: **± 1.00 kg**

Außer mittige Belastung / Eccentric loading:

Prüflast:
Test load: **1000.08 kg**

Messung Measurement	Abweichung zur Waagschalenmitte Deviation from center of weighing pan
mitte center	-0.06 kg
vorne / links front / left	0.14 kg
hinten / links rear / left	-0.28 kg
hinten / rechts front / right	-0.22 kg
vorne / rechts front / right	0.23 kg
mitte center	-0.04 kg

Toleranz:
Tolerance: **± 0.70 kg**

Linearität / Linearity:

Prüflast Test load	Anzeigewert Indicated value
0.00 kg	0.00 kg
1000.08 kg	1000.10 kg
3000.19 kg	3000.01 kg

Abweichung L1:
Deviation L1: **0.00 kg**

Abweichung L2:
Deviation L2: **0.08 kg**

Toleranz:
Tolerance: **± 1.00 kg**

Alle Prüfergebnisse liegen innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen.
Messungen wurden teilweise mit erhöhter Auflösung durchgeführt.
All test results are within the maximum permissible errors.
Partly the measurement was performed with higher resolution.

W. Werkmeister
Director Operation

André Stoppelenburg
Vice President Marketing